



HANCHE



INOX CÔNE 10°



INOX CÔNE TIP 6°



BIOLOX® OPTION DELTA CÔNE 12/14

FICHE TECHNIQUE

GAMME DE TÊTES  
RÉVISION



HANCHE

Lors d'une révision acétabulaire, quelle soit partielle (changement de l'insert) ou totale, il convient de remplacer au minimum la tête fémorale. Ce changement ne peut être effectué que sur un cône en bon état. Le chirurgien reste le seul à savoir si un changement de tête peut être fait.

Les différentes têtes figurant dans ce document ne sont valables que pour des tiges de la société FH ORTHOPEDICS. Avant d'effectuer la reprise, il est conseillé de s'adresser au service commercial de FH ORTHOPEDICS afin de vérifier le cône de la tige implantée.

## RÉFÉRENCES



INOX CÔNE 10°	
238088	TETE INOX CÔNE 10° D.28 CC (-3)
238090	TETE INOX CÔNE 10° D.28 CM (0)
238091	TETE INOX CÔNE 10° D.28 CL (+3)
239803	TETE INOX CÔNE 10° D.28 CEL (+7)



INOX CÔNE TIP 6°	
224818	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.22,2CC (-2)
224819	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.22,2CM (0)
224820	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.22,2CL (+2)
224810	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.28CC (-3,5)
224811	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.28CM (0)
224812	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.28CL (+3,5)
224813	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.28CEL (+7)
224814	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.28CEL (+10)
224805	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.32CC (-3,5)
224806	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.32CM (0)
224807	TETE INOX CÔNE TIP 6° D.32CL (+3,5)



ALUMINE BIOLOX® DELTA OPTION CÔNE 12/14	
256022	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.28CC (-3)
256023	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.28CM (0)
256024	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.28CL (+4)
256025	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.32CC (-3)
256026	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.32CM (0)
256027	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.32CL (+4)
256028	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.36 CC (-3)
256029	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.36 CM (0)
256030	TETE BIOLOX DELTA OPTION CÔNE 12/14 D.36 CL (+4)